

放射能濃度測定結果速報

株式会社高浜

殿

〒275-0001 千葉県習志野市東習志野3-15-11
株式会社日立産機ドライブ・ソリューションズ
環境管理センター
TEL:047-477-5098 FAX:047-477-5324

【 貴殿より御依頼頂きました放射能濃度測定の結果を下記の通り報告致します。 】

試料名 : 仙台名産 鯛入り笹かま 8枚入

試料種類 : 一般食品

採取者 : 御依頼者様

採取日時 : 2019年 6月12日 10:00

受付日 : 2019年 6月13日

測定日時 : 2019年 6月14日 8:25

測定方法 : 緊急時における食品の放射能測定マニュアル
厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課(平成14年3月)
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメリー
文部科学省(平成4年)

測定機器 : Ge半導体検出器 GC2020 CANBERRA社製
デジタルスペクトルアナライザー DSA1000 CANBERRA社製

測定結果 : 下表の通り。

[単位:Bq/kg(wet)]

放射性核種		放射能濃度	検出下限値	備考
放射性ヨウ素	I-131	不検出	4	基準値なし
放射性セシウム	Cs-134	不検出	4	100
	Cs-137	不検出	5	
[合計]		—	—	

※1:表中の放射能濃度は測定実施時点の値であり、試料採取時点の値ではありません。

※2:「不検出」とは検出下限値未満のことです。

放射能濃度測定結果速報

株式会社高浜

殿

〒275-0001 千葉県習志野市東習志野3-15-11
株式会社日立産機ドライブ・ソリューションズ
環境管理センター
TEL:047-477-5098 FAX:047-477-5324

【 貴殿より御依頼頂きました放射能濃度測定の結果を下記の通り報告致します。 】

試料名：宮城塩釜発 直火焼ちくわ 3本入

試料種類：一般食品

採取者：御依頼者様

採取日時：2019年 6月12日 10:00

受付日：2019年 6月13日

測定日時：2019年 6月14日 11:56

測定方法：緊急時における食品の放射能測定マニュアル
厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課(平成14年3月)
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメリー
文部科学省(平成4年)

測定機器：Ge半導体検出器 GC2020 CANBERRA社製
デジタルスペクトルアナライザー DSA1000 CANBERRA社製

測定結果：下表の通り。

[単位:Bq/kg(wet)]

放射性核種		放射能濃度	検出下限値	備考
放射性ヨウ素	I-131	不検出	4	
	Cs-134	不検出	5	
放射性セシウム	Cs-137	不検出	5	
	[合計]	—	—	

※1:表中の放射能濃度は測定実施時点の値であり、試料採取時点の値ではありません。

※2:「不検出」とは検出下限値未満のことです。

放射能濃度測定結果速報

株式会社高浜

殿

〒275-0001 千葉県習志野市東習志野3-15-11
株式会社日立産機ドライブ・ソリューションズ
環境管理センター
TEL:047-477-5098 FAX:047-477-5324

【 貴殿より御依頼頂きました放射能濃度測定の結果を下記の通り報告致します。 】

試料名： 謹製ちくわ 5本入

試料種類： 一般食品

採取者： 御依頼者様

採取日時： 2019年 6月12日 10:00

受付日： 2019年 6月13日

測定日時： 2019年 6月14日 13:11

測定方法： 緊急時における食品の放射能測定マニュアル
厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課(平成14年3月)
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメリー
文部科学省(平成4年)

測定機器： Ge半導体検出器 GC2020 CANBERRA社製
デジタルスペクトルアナライザー DSA1000 CANBERRA社製

測定結果： 下表の通り。

[単位:Bq/kg(wet)]

放射性核種		放射能濃度	検出下限値	備考
放射性ヨウ素	I-131	不検出	4	
	Cs-134	不検出	5	
放射性セシウム	Cs-137	不検出	5	
	[合計]	—	—	

※1: 表中の放射能濃度は測定実施時点の値であり、試料採取時点の値ではありません。

※2: 「不検出」とは検出下限値未満のことです。